

Szpital Specjalistyczny
w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska
ul. Terebelska 57-65

www.szpitalbp.pl

e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl

Dyrektor Naczelny

tel. 83 414 72 11

**Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno -
Finansowych
Gł. Księgowy**

tel. 83 414 72 15

fax 83 414 72 20

**Sekcja Zamówień
Publicznych**

tel. 83 414 72 96

tel/fax 83 414 72 97

zam.publ@szpitalbp.pl

ZP.DR.3520/18-6191/17 (13)

Biała Podlaska, 04.05.2017r.

WYJAŚNIENIE SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez cementowych i bezcementowych, cementu kostnego, endoprotez rewizyjnych, endoprotez cementowych stawu kolanowego, systemów do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej, zestawów do nabłonkowego drenażu pęcherza moczowego, zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów, przewodów bipolarnych do diatemii VIO 300D oraz elektrod zużywalnych do resektoskopu bipolarnego KM/8025 w podziale na 9 części, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 068-127978 z dnia 06.04.2017r (sprawa: ZP.3520/18/17).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

Treść pytań i odpowiedzi:

Dotyczy części 7

1. Czy zamawiający w pozycji 1 Części 7 dopuści zaoferowanie zestawów do złożenia, o rozmiarach CH 6 – 7, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 7 dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarach CH 4,7 – 8, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy części 6

3. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do cystostomii ma zawierać cewnik z końcówką prostą czy zagiętą?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. Zamawiający zaleca zaoferowanie cewnika z końcówką zagiętą.

Dotyczy części 7, poz. 1,2

4. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów w rozmiarze CH 4,7 – CH 8. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy części 7, poz. 2

5. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów ma być sterowalny (cewnik oraz popychacz zmontowane razem) czy standardowy (cewnik oraz popychacz umieszczone oddzielnie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów sterowalnych i niesterowalnych.



Dotyczy pakietu 5

6. Czy Zamawiający dopuści zestaw o ciśnieniu do 40 PSI tj. ok. 0,27 MPa, którego producent nie podaje ilości impulsów generowanych na minutę?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy pakiet nr 7, pozycja nr 1, 2

7. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zgodzi się na zaoferowanie cewników o rozmiarach 4.7 – 8.0 CH, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Pytania ogólne

8. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu ..., stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz §4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z treścią siwz nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, więc nie jest zrozumiały cel żądania powyższych informacji. Ponadto krąg osób, które wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamknie się dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty. Na chwilę obecną są to następujące osoby: Wojciech Żelisko, Diana Radomińska, Anna Kochańska, Zdzisław Hawryluk, Katarzyna Ulita.


Dotyczy Część nr 6

9. Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne zestawy do cystostomii zgodnie z opisem poniżej?

Zestaw zawiera:

- ü Rozrywalny trokar
- ü Cewnik Foley'a z pokrywą hydrofilną **Biocath®**
- ü Ostrze

Rozmiary cewnika: 12CH i 16CH



Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Część nr 7, pozycja nr 1

10. Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarach 4,7 – 8CH?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Część nr 7, pozycja nr 1

11. Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycję nr 1? Ustanowienie odrębnego pakietu pozwoli zaoferować wykonawcy wysokiej jakości wyroby medyczne spełniające wszystkie ustanowione w siwz wymagania. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż zasada zachowania uczciwej konkurencji odnosi się nie tylko do opisu sensu stricto lecz również podziału zamówienia na części w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wszystkich zainteresowanych wykonawców. Powyższe zostało potwierdzone zarówno w orzecznictwie KIO i sądów polskich, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.

Dotyczy projektu umowy

12. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedającemu sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 11 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

13. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 7:

1. Kupujący będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i w wysokości:

- 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Kupującego wyrobów złej jakości lub niezgodnych z zamówieniem, za każdy dzień roboczy oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 20,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych wyrobów;
- 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień roboczy opóźnienia w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 30,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 w terminie 2 dni roboczych będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Cecilia'. Below the signature is a circular stamp, likely an official seal or stamp of the organization, though the text within it is illegible.